


機械器具39 医療用鉗子  
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ JMDN33209000

リガチャータイニングプライヤー(クーンタイプ) 5-02

【形状・構造及び原理等】



材質:ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

矯正歯科においてリガチャーワイヤーを用いブラケットにアーチワイヤーを固定する為に用いる。

【使用方法等】

- 1.アーチワイヤーをブラケットの溝に入れ、リガチャーワイヤーをブラケットウイングに掛る。
- 2.プライヤー先端切れ込みに挿入し、中心に巻き付け、回転させて結紮を行う。

【使用方法に関する使用上の注意】

口腔内で使用する際には、口腔内に損傷を与えない様に注意すること。  
本品は、.030"サイズを超える許容範囲外のワイヤーには使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ①上記に定めた使用目的以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので必要以上の応力を加えないこと。
- ②上記に定めた操作方法、使用方法を守り、それ以外には使用しないこと。
- ③破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工(改造)は絶対に行わないこと。
- ④長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ⑤購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行うこと。
- ⑥本品は、常に滅菌後の汚染に注意し、手指、未滅菌の器具などで直接触れないこと。
- ⑦本品は、使用前に必ず患者の口腔外にて、汚れ、傷、曲がり、破損等、性能、使用目的上支障がないことを確認すること。
- ⑧使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに防錆洗浄液や精製水に浸漬すること。
- ⑨塩素系及びヨウ素系の消毒液は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには直ちに洗い流すこと。
- ⑩腐食(錆)の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸性水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- ⑪腐食(錆)の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブランシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。
- ⑫電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用しないこと。
- ⑬本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合は、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ①本品は、清潔で湿度が高くならない場所にて保管・管理する。  
【汚染及び錆を防ぐため】
- ②洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥すること。

- ③「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に滅菌・保管しないこと。また、化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。
- ④血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

【使用期間】

- ①本品を使用中に破損又は汚染したおそれのある場合には、直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。(使用上の注意参照)  
種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがあるため、製剤及び薬剤の添付文書や取扱い説明書記載の用法容量に従い使用すること。
- ②洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないよう注意をすること。また、汚れが落ちやすいようにバスケットなどに収納すること。
- ③洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ④使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、破損等に異常がないか点検をすること。
- ⑤高压蒸気滅菌は精製水を使用し、115~118°Cで30分、121~124°Cで15分、126~132°Cで10分、いずれかの条件で行なうこと。なお、滅菌の為のセット・包装にあたっては、確実に滅菌できるよう配慮すること。また、滅菌後は、十分乾燥させること。
- ⑥アルコールを使用した高压滅菌、乾熱滅菌は、劣化の原因となるため使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 株式会社 シオダ

電話番号 0287-88-2288

【お問合せ先】

発売元	株式会社ミツバオーソサプライ
住所	東京都豊島区巣鴨2-16-4 メゾンカタヤマ202
電話番号	03-3949-0066