

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 抜歯用鉗子 JMDN35552000

抜歯鉗子（ステンレス製）

【形状・構造及び原理等】



- | | |
|----------------------|-------------------------|
| # 1 上顎前歯用 | # 53L 上顎左大白歯用 |
| # 4 上下顎兼用小臼歯用 | # 53R 上顎右大白歯用 |
| # 5 下顎智歯用 | # 62 上下顎兼用前歯・小臼歯用 |
| # 8 上顎智歯用 | # 65 上顎前歯・残根用 |
| # 10S 上顎大白歯用 | # 66 下顎歯根分離用 |
| # 12 上顎切断用 | # 67 上顎歯根分離用 |
| # 16 下顎大白歯用フックハンドル | # 69 上下顎兼用残根用 |
| # 17 下顎大白歯用 | # 70 上下顎兼用残根用(新型残根鉗子) |
| # 18L 上顎左大白歯用フックハンドル | # 71 上下顎兼用残根用(有窓残根鉗子) |
| # 18R 上顎右大白歯用フックハンドル | # 99C 上顎前歯・小臼歯用 |
| # 21 下顎小臼歯用 | # 150 上顎前歯・小臼歯・残根用 |
| # 23 下顎大白歯用 | # 150S 乳歯用・上顎前歯・小臼歯・残根用 |
| # 27 下顎大白歯用 | # 151 下顎前歯・小臼歯・残根用 |
| # 31 下顎切断用 | # 203 下顎前歯・小臼歯・残根用 |
| # 32 上顎大白歯・小臼歯用 | # 210 上顎智歯用フックハンドル |
| # 35 上顎前歯・残根用 | # 222 下顎智歯用 |
| # 44 下顎残根用 | # 222H 下顎智歯脱臼用 |
| # 46 下顎前歯用 | |



- * ダイヤモンド付
- # 4 上下顎兼用小臼歯用
 - # 10S 上顎大白歯用
 - # 27 下顎大白歯用
 - # 69 上下顎兼用残根用

材質:ステンレス鋼 ダイヤモンド(ダイヤモンド付のみ)

【使用目的又は効果】

歯科において動揺歯牙や残根等の把持、抜去に用いる。

【使用方法等】

ハンドルを手指でしっかり固定し、抜去する動揺歯牙や残根等を把持し抜去する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ① 上記に定めた使用目的以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので必要以上の応力を加えないこと。
- ② 上記に定めた操作方法、使用方法を守り、それ以外には使用しないこと。
- ③ 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工(改造)は絶対に行わないこと。
- ④ 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ⑤ 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行うこと。
- ⑥ 本品は、常に滅菌後の汚染に注意し、手指、未滅菌の器具などで直接触れないこと。
- ⑦ 本品は、使用前に必ず患者の口腔外にて、汚れ、傷、曲がり、破損等、性能、使用目的上支障がないことを確認すること。
- ⑧ 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに防錆洗浄液や精製水に浸漬すること。

- ⑨ 塩素系及びヨウ素系の消毒液は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには直ちに洗い流すこと。
- ⑩ 腐食(錆)の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸性水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- ⑪ 腐食(錆)の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。
- ⑫ 電気メスをを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用しないこと。
- ⑬ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ① 本品は、清潔で湿度が高くならない場所にて保管・管理する。
[汚染及び錆を防ぐため]
- ② 洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥すること。
- ③ 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に滅菌・保管しないこと。また、化学薬品と一しょに収納・保管しないこと。
- ④ 血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

【使用期間】

- ① 本品を使用中に破損又は汚染したおそれのある場合には、直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。(使用上の注意参照)
種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがあるため、製剤及び薬剤の添付文書や取扱い説明書記載の用法容量に従い使用すること。
- ② 洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ちやすいようにバスケットなどに収納すること。
- ③ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ④ 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、破損等に異常がないか点検すること。
- ⑤ 高圧蒸気滅菌は精製水を使用し、115～118℃で30分、121～124℃で15分、126～132℃で10分、いずれかの条件で行なうこと。なお、滅菌の為のセット・包装にあたっては、確実に滅菌できるよう配慮すること。また、滅菌後は、十分乾燥させること。
- ⑥ アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌は、劣化の原因となるため使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 株式会社 シオダ
電話番号 0287-88-2288